oneprovideag
A MEMBER OF SYNLAB

one-provide ag
Gewerbestrasse 3
8500 Frauenfeld

Téléphone +41 58 400 16 16
Fax +41 58 400 16 17
info@one-provide.ch
www.one-provide.ch

Celltac α MEK-6500®

Plus de 40 ans d'expérience dans l'hématologie et plus de 30'000 appareils Celltac en fonction dans le monde entier.

Hémogramme III avec 19 paramètres

Par une simple pression, un hémogramme en 3 populations avec 19 paramètres en 60 secondes, système ouvert, fermé ou capillaire, transmission des résultats automatique au logiciel de cabinet.

- Utilisation très simple
- Mesure absolue
- Nettoyage électrique de la membrane après chaque mesure
- Qualité supérieure et réactifs plus avantageux
- Réactifs sans cyanide
- Fonction de surveillance des réactifs
- Carte mémoire de 1 GB : 15'000 résultats
- Nettoyage par simple pression (effort minime)
- Option de dilution
- 8 valeurs de la norme programmables
- Trouve sa place dans chaque cabinet : 23 cm de largeur, 42,8 cm d'hauteur, 45 cm de profondeur
- Volume de l'échantillon: 10 ou 30 µl
- Échantillon : sang-EDTA, mettre le petit trait
- Impression des résultats : 1 min.
- PT: 17.10
- Pos. n°: 1372.01

NIHON KOHDEN Celltac α

Système fermé
Celltac α dispose d'un module tube fermé, qui pique automatiquement l'échantillon primaire (capouchon percé).
Hygiénique et sûr.

Système ouvert
Dans la modalité de mesure ouverte, les échantillons peuvent être aspirés par une simple pression.

Fonction capillaire

01/2019

Paramètre	Unité de mesure	Valeur de référence **		CV	Intervalle de mesure *
		♂	♀		
RBC	10^6/µL	4.20 – 5.70	3.90 – 5.20	< 1.5	de 0 à 14.9 x 10^6/µL
HGB	g/dL	13.4 – 17.0	11.7 – 15.3	< 1.5	de 0 à 29.9 g/dL
HCT	%	40.0 – 50.0	35.0 – 46.0	< 1.0	de 0 à 99.9%
MCV	fL	80.0 – 100.0		< 1.0	de 20.0 à 199.0 fL
MCH	pg	26 – 34		B	de 10 à 50 pg
MCHC	g/dL	31 – 36		B	de 10 à 50 g/dL
WBC	10^3/µL	3.0 – 9.6		< 2.0	de 0 à 59.9 x 10^3/µL de 0 à 599.9 x 10^3/µL*
LY%	%	19 – 48		< 5.0	de 0 à 100%
MO%	%	3.4 – 17.5		< 12.0	de 0 à 100%
GR%	%	40 – 74		< 5.0	de 0 à 100%
LY	10^3/µL	1.5 – 4.0		B	de 0 à 59.9 x 10^3/µL de 0 à 599.9 x 10^3/µL*
MO	10^3/µL	0.16 – 1.8		B	de 0 à 59.9 x 10^3/L de 0 à 599.9 x 10^3/L*
GR	10^3/µL	1.4 – 8		B	de 0 à 59.9 x 10^3/µL de 0 à 599.9 x 10^3/µL*
RDW-CV	%	< 16		B	de 0 à 50.0%
RDW-SD	fL	< 64		B	de 0 à 199.0 fL
PLT	10^3/µL	143 – 400		< 4.0	de 0 à 1490 x 10^3/µL
PCT	%	0.10 – 0.50		B	de 0 à 2.9%
MPV	fL	6.0 – 13.0		B	de 0 à 20.0 fL
PDW	%	6.0 – 18		B	de 0 à 50.0%

* = Intervalles de mesure après dilution.
** = Les valeurs de référence sont une proposition.
Les données sont sans garantie.
Les paramètres peuvent être programmés librement. Source principale USZ (Hôpital Universitaire de Zurich). B = valeurs calculées.

Consommables

Produit	Unité	Stockage	Écheance
ISOTONAC 3	20 l	Température ambiante 1 – 30° C	15 –18 mois
Hemolynac 3N	500 ml	Température ambiante 1 – 30° C	09 –12 mois
CLEANAC (vert)	5 l	Température ambiante 1 – 30° C	15 –18 mois
CLEANAC 3	1 l	Température ambiante 1 – 30° C	09 –12 mois
Papier thermique pour imprimante	5 rouleaux	–	–
Contrôle de qualité	1 flacon à 2 ml	Frigidaire 2 – 8° C	01 – 03 mois
Microcapillaire 10 µl	1 boîte à 200 pcs.	Température ambiante 1 – 30° C	12 –18 mois