

**Micros 200 Kontrollblatt für interne Qualitätskontrolle mit Minotrol CRP
Minilysebio LOT: MC 409 Haltbar bis: 05.01.2019**

Nach dem Öffnen 14 Tage haltbar

Datum:	Mittel-	Sollbereich							
Visum:	wert	von - bis							
WBC	7.5	6.5 - 8.5							
RBC	4.63	4.45 - 4.81							
HGB	13.1	12.6 - 13.6							
HCT	37.5	35.0 - 40.0							
PLT	255	215 - 295							
MCV	81	77 - 85							
MCH	28.4	26.0 - 30.8							
MCHC	35.0	32.0 - 38.0							
CRP	27.0	20.0 - 34.0							
Wöchentliche Reinigung									
Reagenz - Packwechsel									

Datum:	Mittel-	Sollbereich							
Visum:	wert	von - bis							
WBC	7.5	6.5 - 8.5							
RBC	4.63	4.45 - 4.81							
HGB	13.1	12.6 - 13.6							
HCT	37.5	35.0 - 40.0							
PLT	255	215 - 295							
MCV	81	77 - 85							
MCH	28.4	26.0 - 30.8							
MCHC	35.0	32.0 - 38.0							
CRP	27.0	20.0 - 34.0							
Wöchentliche Reinigung									
Reagenz - Packwechsel									

Datum:	Mittel-	Sollbereich							
Visum:	wert	von - bis							
WBC	7.5	6.5 - 8.5							
RBC	4.63	4.45 - 4.81							
HGB	13.1	12.6 - 13.6							
HCT	37.5	35.0 - 40.0							
PLT	255	215 - 295							
MCV	81	77 - 85							
MCH	28.4	26.0 - 30.8							
MCHC	35.0	32.0 - 38.0							
CRP	27.0	20.0 - 34.0							
Wöchentliche Reinigung									
Reagenz - Packwechsel									