

**Micros 200 Kontrollblatt für interne Qualitätskontrolle mit Minotrol CRP
Minilysebio LOT: MC 410 Haltbar bis: 05.04.2019**

Nach dem Öffnen 14 Tage haltbar

Datum:	Mittel-	Sollbereich							
Visum:	wert	von - bis							
WBC	7.6	6.6 - 8.6							
RBC	4.75	4.57 - 4.93							
HGB	13.2	12.7 - 13.7							
HCT	38.0	35.5 - 40.5							
PLT	265	225 - 305							
MCV	80	76 - 84							
MCH	27.9	25.5 - 30.3							
MCHC	34.8	31.8 - 37.8							
CRP	19.5	12.5 - 26.5							
Wöchentliche Reinigung									
Reagenz - Packwechsel									

Datum:	Mittel-	Sollbereich							
Visum:	wert	von - bis							
WBC	7.6	6.6 - 8.6							
RBC	4.75	4.57 - 4.93							
HGB	13.2	12.7 - 13.7							
HCT	38.0	35.5 - 40.5							
PLT	265	225 - 305							
MCV	80	76 - 84							
MCH	27.9	25.5 - 30.3							
MCHC	34.8	31.8 - 37.8							
CRP	19.5	12.5 - 26.5							
Wöchentliche Reinigung									
Reagenz - Packwechsel									

Datum:	Mittel-	Sollbereich							
Visum:	wert	von - bis							
WBC	7.6	6.6 - 8.6							
RBC	4.75	4.57 - 4.93							
HGB	13.2	12.7 - 13.7							
HCT	38.0	35.5 - 40.5							
PLT	265	225 - 305							
MCV	80	76 - 84							
MCH	27.9	25.5 - 30.3							
MCHC	34.8	31.8 - 37.8							
CRP	19.5	12.5 - 26.5							
Wöchentliche Reinigung									
Reagenz - Packwechsel									