

**Micros 200 Kontrollblatt für interne Qualitätskontrolle mit Minotrol CRP
Minilysebio LOT: MC 411 Haltbar bis: 05.07.2019**

Nach dem Öffnen 14 Tage haltbar

Datum:	Mittel-	Sollbereich							
Visum:	wert	von - bis							
WBC	7.4	6.4 - 8.4							
RBC	4.55	4.37 - 4.73							
HGB	13.0	12.5 - 13.5							
HCT	36.9	34.4 - 39.4							
PLT	265	225 - 305							
MCV	81	77 - 85							
MCH	28.6	26.2 - 31.0							
MCHC	35.4	32.4 - 38.4							
CRP	25.8	18.8 - 32.8							
Wöchentliche Reinigung									
Reagenz - Packwechsel									

Datum:	Mittel-	Sollbereich							
Visum:	wert	von - bis							
WBC	7.4	6.4 - 8.4							
RBC	4.55	4.37 - 4.73							
HGB	13.0	12.5 - 13.5							
HCT	36.9	34.4 - 39.4							
PLT	265	225 - 305							
MCV	81	77 - 85							
MCH	28.6	26.2 - 31.0							
MCHC	35.4	32.4 - 38.4							
CRP	25.8	18.8 - 32.8							
Wöchentliche Reinigung									
Reagenz - Packwechsel									

Datum:	Mittel-	Sollbereich							
Visum:	wert	von - bis							
WBC	7.4	6.4 - 8.4							
RBC	4.55	4.37 - 4.73							
HGB	13.0	12.5 - 13.5							
HCT	36.9	34.4 - 39.4							
PLT	265	225 - 305							
MCV	81	77 - 85							
MCH	28.6	26.2 - 31.0							
MCHC	35.4	32.4 - 38.4							
CRP	25.8	18.8 - 32.8							
Wöchentliche Reinigung									
Reagenz - Packwechsel									